



euofins agro
LABORATORIES

terra
PRODUCTS
AND SERVICES

- 1 TOMA DE MUESTRA
- 2 EXTRACTO DE SATURACIÓN
- 3 MEDICION DE EQUIPOS (Calibración)
- 4 DATOS

1 TOMA DE MUESTRA

- * realizarla tres horas despues del riego
- * retirarse 5 (cinco) metros de distancia

* remover el suelo superficial (5cm aprox.)

* marcar la zona entre goteros



2 EXTRACTO DE SATURACIÓN

* orden de adición, agua despues suelo

● marca fija marcador



agitar 5 minutos vigorosamente



agua destilada (EC cero)

- * metodo para el suelo relacion 2 : 1
- * metodo para hidropónico relacion 2 : 1,5
- * una muestra x hectarea // 40 sub muestras

3 MEDICION DE EQUIPOS (Calibración)

cada calibrar los equipos cada 3 semanas

